

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị y tế bị ảnh hưởng do bão số 11 tại Trung tâm Y tế Thái Nguyên năm 2025 (lần 2)” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thái Nguyên
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Nguyễn Quang Toàn, khoa Dược-VT,TBYT, số điện thoại: 0326132678, Email: khoaduocTTYTptn@gmail.com.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Thái Nguyên - Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
 - Nhận qua Email: khoaduocTTYTptn@gmail.com.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 27 tháng 11 năm 2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu:

(Theo phụ lục kèm theo)

Với nội dung như trên, Trung tâm Y tế Thái Nguyên xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; KDVTTBYT.

GIÁM ĐỐC



[Signature]

Hà Đức Trịnh

**PHỤ LỤC: DANH MỤC SỬA CHỮA, THAY THỂ LINH KIỆN CHO
THIẾT BỊ Y TẾ BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO SỐ 11 TẠI TRUNG TÂM Y
TẾ THÁI NGUYÊN NĂM 2025 (LẦN 2)**

(Kèm Yêu cầu báo giá số 569/YCBG- KDVTTBYT ngày 17 tháng 11 năm 2025
của Trung tâm Y tế Thái Nguyên)

TT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu dịch vụ, kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Model: Radiography System RADspeed fit; Số máy: MP41F0ADA001; Hãng sản xuất: Shimadzu; Sản xuất tại: Nhật Bản; Năm sản xuất: 2023;	Thay thế tấm nhận ảnh X quang KTS Yêu cầu chung - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: $\geq 35^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm tối đa: $\geq 85\%$ - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% - Tiêu chuẩn nhà sản xuất: ISO: 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: CE, FDA hoặc tương đương 1. Cấu hình cung cấp: - Tấm cảm biến X quang: 01 tấm - Hộp điều khiển: 01 bộ - Dây cáp, nguồn: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước ảnh: $\geq 17 \times 17 \text{cm}$ - Khoảng cách điểm ảnh: $\leq 140 \mu\text{m}$ - Độ phân giải không gian: $\leq 3.5 \text{ lp/mm}$ - Thời gian nhận ảnh: $\leq 1,5 \text{s}$ - Chống bụi và nước: IP 53 hoặc tương đương	Cái	01
2	Máy soi cổ tử cung Model : COLpro222DX-OZview Số máy : DVC-020-0718 Hãng sản xuất : Promis Medical PTY LTD Sản xuất tại : Australia	- Bảo dưỡng toàn bộ máy có bùn đất bên trong - Sửa chữa mạch nguồn - Sửa chữa Modul nhận hình ảnh	Cái	01
3	Hệ thống đọc, xử lý hình ảnh và in phim X quang kỹ thuật số			
3.1	Đầu đọc phim x quang kỹ thuật số Model : CR-IR 392 Hãng sản xuất : Fujifilm Coporation – Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Năm sản xuất : 2016	- Bảo dưỡng toàn bộ máy có bùn đất bên trong	Cái	01

TT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu dịch vụ, kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3.2	Máy in phim x quang Laser Model : DRYPIX 6000 Hãng sản xuất : Fujifilm Coporation Sản xuất tại : Trung Quốc Năm sản xuất : 2017	- Bảo dưỡng toàn bộ máy có bùn đất bên trong - Sửa chữa hệ thống cuộn phim	Cái	01
	Tổng 3 mục			